

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องตรวจจอประสาทตานิยมมือถือ**

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 กล้องตรวจจอประสาทตาแบบมือถือด้วยระบบดิจิทัลและแสดงภาพทางวีดิทัศน์
- 1.2 ตัวเครื่องเป็นชนิดแบบมือถือ (Hand-Held) โดยใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1 มีหน้าจอแสดงผลภาพติดในตัวเครื่องแบบ LCD ขนาด 3.5 นิ้ว Full color LCD
- 2.2 สามารถวัดคนไข้ขนาดม่านตาตั้งแต่ 3.5 มม
- 2.3 มีไฟส่องเป้าให้มอง 7 จุด
- 2.4 สามารถบันทึกภาพลงหน่วยความจำขนาดเล็ก (SD card)
- 2.5 ตัวกล้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 M pixels
- 2.6 มีมุมมองภาพขนาดตรวจไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร
- 2.7 มีรูปแบบไฟล์ภาพ JPEG (Still picture) และ H.264 (Video)
- 2.8 สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Mini USB หรือ AV output
- 2.9 แหล่งกำเนิดแสงแบบ LED
- 2.10 ตัวเครื่องสามารถรองรับการใช้งานสำหรับชุดตรวจตาส่วนหน้า DEA 200 Eye Anterior Lens (เป็นอุปกรณ์เสริม)
- 2.11 มีโปรแกรมรองรับการจับภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ และสามารถแสดงผลในรูปแบบ Report (.pdf) เพื่อลงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของคนไข้

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 3.1 | กล้องตรวจจอประสาทตาแบบมือถือ | จำนวน 1 ชุด |
| 3.2 | แบตเตอรี่แบบ Rechargeable | จำนวน 1 ชุด |
| 3.3 | มีที่ถ่างตาแบบ Barraquer Wire Speculum 10.0mm a1 medical | จำนวน 1 ชิ้น |


.....
(นายหนนธ์ จินดาเวช)


.....
(นายประกิจ วงศ์ประเสริฐ)


.....
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ฉัตรแก้ว)

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 1 ปี เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานกับตัวเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลือง และจัดส่งช่างผู้ชำนาญมาตรวจเช็ค/บำรุงรักษา อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
- 4.2 สินค้าดังกล่าวต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
 - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
 - ในกรณีเครื่องเสียจากการใช้งานตามปกติ บริษัทฯ ต้องส่งช่างมาตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใน 7 วัน
 - กรณีเครื่องไม่สามารถซ่อมได้ในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ต้องนำเครื่องสำรองมาวางให้ใช้งาน



(นายณนท จินดาเวช)



(นายประกิจ วงศ์ประเสริฐ)



(นางสาวจันทรเพ็ญ จัตรแก้ว)